

分銅及びおもりの校正範囲

校正実施場所：恒久的施設（当社校正室）で実施

校正手法 の区分の 呼称	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)				
			クラス 3 (F ₂ 級)	クラス 4 (M ₁ 級)	クラス 5 (M ₂ 級)		
分銅等	分銅	1 mg	0.020 mg	0.060 mg	—		
		2 mg	0.020 mg	0.060 mg	—		
		5 mg	0.020 mg	0.060 mg	—		
		10 mg	0.025 mg	0.080 mg	—		
		20 mg	0.030 mg	0.10 mg	—		
		50 mg	0.040 mg	0.12 mg	—		
		100 mg	0.050 mg	0.16 mg	0.50 mg		
		200 mg	0.060 mg	0.20 mg	0.60 mg		
		500 mg	0.080 mg	0.25 mg	0.80 mg		
		1 g	0.10 mg	0.30 mg	1.0 mg		
		2 g	0.12 mg	0.40 mg	1.2 mg		
		5 g	0.15 mg	0.50 mg	1.6 mg		
		10 g	0.20 mg	0.60 mg	2.0 mg		
		20 g	0.25 mg	0.80 mg	2.5 mg		
		50 g	0.30 mg	1.0 mg	3.0 mg		
		100 g	0.50 mg	1.6 mg	5.0 mg		
		200 g	1.0 mg	3.0 mg	10 mg		
		500 g	2.5 mg	8.0 mg	25 mg		
		分銅等	分銅等	1 kg	5.0 mg	16 mg	50 mg
				2 kg	10 mg	30 mg	0.10 g
5 kg	25 mg			80 mg	0.25 g		
10 kg	50 mg			0.16 g	0.50 g		
20 kg	0.10 g			0.30 g	1.0 g		
50 kg	—			0.8 g	2.5 g		
100 kg	—			1.6 g	5.0 g		
200 kg	—			3.0 g	10 g		
500 kg	—			8.0 g	25 g		
おもり	おもり			500 g 超 1 kg 以下		16 mg	
		1 kg 超 2 kg 以下		30 mg			
		2 kg 超 5 kg 以下		80 mg			
		5 kg 超 10 kg 以下		0.16 g			
		10 kg 超 20 kg 以下		0.30 g			
		20 kg 超 50 kg 以下		2.5 g			
		50 kg 超 100 kg 以下		5.0 g			
		100 kg 超 200 kg 以下		10 g			
200 kg 超 500 kg 以下		25 g					

備考：校正の精度等級について

クラス 3：一級基準分銅相当，クラス 4：二級基準分銅相当，クラス 5：三級基準分銅相当